



Warszawa 11.12.2015 r.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Tel (022) 826 56 04 w 328
NIP 5212765135, Regon 040006840

ODPOWIEDŹ na PYTANIA
dotyczy
ZAPROSZENIA do ZŁOŻENIA OFERTY
na zakup wraz z dostawą
DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla CARITAS Archidiecezji Warszawskiej

Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne wąsy tlenowe z drenem o długości 200cm lub 300cm, spełniające pozostałe wymagania ?

TAK, zamawiający DOPUSZCZA złożenie oferty na wąsy tlenowe o podanych parametrach (długość), spełniające pozostałe wymagania opisane w zaproszeniu.

Zadanie nr 2, pozycja 2 i 11

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje maski tracheostomijnej **bez zacisku na nos** ?

Zamawiający wymaga masek do aeroterapii opisanych w zaproszeniu, BEZ zacisku na nos.

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm / 426cm, spełniające pozostałe wymagania ?

TAK, zamawiający DOPUSZCZA złożenie oferty na dren tlenowy o podanych powyżej parametrach, spełniający pozostałe wymagania opisane w zaproszeniu.

Zadanie nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarach 2/80mm oraz 3/90mm, spełniające pozostałe wymagania ?

TAK, zamawiający DOPUSZCZA złożenie oferty .

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści „sztuczny nos” z dołączonym (pakowanym osobno) drenem do podawania tlenu ?

TAK, zamawiający DOPUSZCZA złożenie oferty .

Zadanie nr 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści jałowy jednorazowy żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 10ml, umożliwiającej jej całkowite opróżnienie (nie jak w przypadku oczekiwanego aplikatora harmonijkowego Cathjell, z którego nie można „wycisnąć” całej zawartości), w opakowaniach a’25 szt. ?

TAK, zamawiający DOPUSZCZA złożenie oferty .

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor CARITAS Archidiecezji Warszawskiej
Ks. Zbigniew Zembrzuski